GraviQUICK®

Test de grossesse

›je veux en avoir le cœur net‹

Mode d'emploi en Français • Pour une utilisation personnelle

PRINCIPE DU TEST

Le temps que le spermatozoïde fusionne avec l'ovule dans la trompe de Fallope est appelé la conception. Dès que l'ovule fécondé se loge dans l'utérus, on parle alors de grossesse. Le trophoblaste (appelé plus tard placenta) commence à produire de l'hormone hCG (hormone chorionique gonadotrope). Généralement le niveau de hCG chez une femme avoisine les 0-10 mIU/ml (milli unité internationale par millilitre). Pour une femme enceinte, ce niveau est supérieur à 10 mIE/ml. Avec GraviQUICK, vous pouvez déterminer à 99,5% si vous êtes enceinte, dès le premier jour où vous n'avez pas vos menstruations. Le test détecte l'hormone hCG à partir d'une quantité de 25 mIE/ml dans l'urine. La réaction est mise en évidence par des anticorps et antigènes (réaction immunochromatographique). Le test contient des anticorps contre l'hormone hCG. Ces anticorps réagissent comme antigènes au contact des hCG.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veuillez lire toutes les instructions du mode d'emploi avant de procéder au test.

- Ne pas utiliser le test après la date limite de péremption
- Ne pas utiliser le test s'il a été endommagé ou ouvert prématurément
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- N'ouvrir le test seulement pour sa réalisation

CONTIENT

- 1, 2 ou 3 tests
- 1, 2 ou 3 pipettes
- 1 mode d'emploi

UTILISATION DU TEST

Vous pouvez effectuer le test dès le premier jour de l'absence de vos menstruations.
Avant de débuter le test, munissez vous d'un récipient propre et d'un chronomètre (ou tout autre objet capable de décompter les secondes).

1. Récolter l'urine dans le récipient propre. Vous pouvez réaliser le test à tout moment de la journée. Toutefois, nous conseillons d'utiliser la première urine matinale, car la concentration de hCG est particulièrement forte.
2. Otez le test de son emballage et familiarisez vous avec le produit.
3. Déplacez le cache sur la fenêtre de contrôle. Prélevez au moyen de la pipette l'urine du récipient, et laissez tomber 3 gouttes dans l'emplacement réservé sur le test. Déplacez à nouveau le cache où l'urine a été appliquée pour libérer la fenêtre du résultat. L'échantillon d'urine d'une couleur rouble faible s'écoule dans la fenêtre de contrôle. Le test est alors activé.
4. Disposez le test sur un endroit plat pendant 3 minutes. Vous pouvez ensuite lire le résultat du test. Si aucune ligne n'est apparue, attendez encore une minute. Ne lisez pas le résultat après plus de 10 minutes d'attentes.



EVALUATION DU RÉSULTAT



ENCEINTE:
Deux lignes de couleurs apparaissent. La ligne apparue dans le champ C montre que le test s'est correctement déroulé. La deuxième ligne dans le champ T prouve que le résultat est positif.
Cela n'a pas d'importance si une ligne est plus claire que l'autre.

PAS ENCEINTE:
Une ligne apparaît dans le champ C et prouve que le test s'est correctement déroulé. Cependant, aucune ligne n'est apparue dans le champ T.



INVALIDE:
Aucune ligne n'apparaît dans le champ C.
Le résultat est invalide quand il n'y a aucune ligne dans le champ de contrôle C, même si une ligne est visible dans le champ T. Revoyez la procédure et effectuez un nouveau test.

QUESTIONS FRÉQUENTES

1. **Q : Comment fonctionne GraviQUICK?**
   R : La concentration de l'hormone hCG (hormone chorionique gonadotrope) augmente dans l'urine pendant la grossesse. GraviQUICK détecte cette augmentation dans l'urine à partir de 25 mIE/ml (milli unité internationale par millilitre).

2. **Q : GraviQUICK est-il sûr?**
   R : GraviQUICK est sûr à 99,5%, dès le premier jour où vous n'avez pas vos menstruations (test effectué en laboratoire).

3. **Q : À partir de quand puis-je utiliser GraviQUICK?**
   R : Le test est opérationnel dès le premier jour où vous n'avez pas vos menstruations. Calculez la longueur de vos cycles de la manière suivante : comptez le nombre de jours entre le premier jour de vos menstruations jusqu'au jour juste avant vos prochaines menstruations. Cela vous permet de découvrir quand votre période arrive à échéance. Dans le cas où vous avez des périodes irrégulières, vous devez prendre comme mesure le plus long cycle des derniers mois. Si vous ne savez pas la date d'arrivée de vos menstruations, nous vous conseillons d'effectuer le test 19 jours après votre dernier rapport sexuel.

4. **Q : Les médicaments influencent-ils le résultat du test?**
   R : Les médicaments contenant de l'hormone hCG peuvent influencer le résultat du test. Les antalgiques, les antibiotiques ou encore la pilule contraceptive n'ont pas d'effets sur le résultat. Si vous êtes récemment tombée enceinte, le test peut vous donner un faux positif résultat, puisque le taux le hCG lors de la dernière grossesse pouvait être encore supérieur à 25 mIE/ml. De plus, les grossesses se développant à l'extérieur de l'utérus, les kystes ovariens, la ménopause ou encore quelques rares médicaments prescrits peuvent fausser le résultat du test.

5. **Q : Dois-je obligatoirement utiliser pour le test l'urine matinale?**
   R : Non. Vous pouvez effectuer le test à tout moment de la journée. La première urine matinale peut être cependant préférée, car la concentration de hCG est très forte.

6. **Q : Que dois-je faire si j'ai correctement effectué le test, et qu'aucune ligne n'apparaît?**
   R : Si aucune ligne n'apparaît après 10 minutes d'attente, le test n'a pas été correctement réalisé. Il se peut que trop ou pas assez d'urine a été versée sur la cassette. Refaites le test en vous référant au manuel d'instructions.

7. **Q : Que dois-je faire si le résultat du test indique que je ne suis pas enceinte, et que je n'ai pas mes menstruations?**
   R : Il est plus probable que vous n'êtes pas enceinte et que le niveau de hCG est inférieur à 25 mIE/ml. Il est possible que vous ayez mal calculé la date de vos prochaines menstruations. Si vous avez effectué le test avant l'absence de vos périodes, refaites le test à nouveau le jour échéant de vos menstruations. Si vos périodes sont irrégulières et que vous avez toujours l'impression d'être enceinte, refaites le test dans 3 jours. Si le test est toujours négatif et si vous n'avez toujours pas vos menstruations, vous devriez consulter votre gynécologue.

8. **Q : Que dois-je faire si le résultat du test indique que je suis enceinte?**
   R : Cela signifie que l'hormone hCG a été détectée et que vous êtes probablement enceinte. Veuillez consulter votre médecin pour confirmer votre grossesse et discuter des prochaines étapes à suivre. Les lignes colorées peuvent devenir plus foncées et un fond coloré peut aussi apparaître après quelques heures. Des résultats négatifs peuvent laisser apparaître plus tard une faible deuxième ligne colorée dû à l'évaporation du résultat. C'est pourquoi vous ne devez pas lire le résultat après 10 minutes d'attente, et consulter votre médecin.

Lire attentivement les instructions	IVD Pour diagnostic in-vitro seulement (utilisation hors du corps)	Valable jusqu'à: 2009-09
		Ne pas utiliser plusieurs fois
4°C – 30°C À conserver au sec entre 4 et 30°C. NE PAS CONGELER !	Σ Nombre de tests par produit	LOT Numéro de lot: 20080314

CE 0197

www.graviquick.de

Actualisation des informations: Mars 2008

Fabricant:
NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg